

Apparateschein		Apparate-Nr.: 1469 Kommissions-Nr.: P2720 Fertigungsauftrag: FA0000497 Betreiber: Polen		Typ: 1439 Nenngroße: 3x3x6 Fertigstellung: Aufstellort: Zentralsterilisation Anschlußzchg.: Datum: Sterilisator-Nr.:	
Hersteller: F. & M. Lautenschläger Zum Engelshof 1 50996 Köln		Polen			
Türen: Anzahl: 2 ☐ Schwenktüre ☒ Schiebetüre vertikal ☐ Schiebetüre horizontal		Türantrieb: ☐ Hand ☐ pneumatisch ☒ Elektromotor ☐ hydraulisch		Türdichtung: Typ: ☐ massiv: ☐ Hohldichtung: ☒ ausblasbar: 6-439 B ☐ Asbesthaltig	
Dampfversorgung: ☐ Fremddampf ☐ FD aus ED/WT Apparat Nr.: Typ: ☒ Elektrodampf ☐ Dampfumformer		Elektr. Anschluß: Spannung: 230/400 V Frequenz: 50 Hz Nennstrom: 32 A Stromart: 3 AC Leistungsaufn.: 21 kW Schutzklasse: IP 34		Kammer: Kammer-Nr.: Betriebsüberdruck: 3 bar Betriebstemperatur: 144 °C Kammervolumen: 89 dm³ Mantelvolumen: 24 dm³	
		Beladung: ☒ Schiebe-Roste ☐ Wagen Stück: Typ: CW: TW: BW:		Türsteuerung: ☐ Hand ☐ T-3001 ☒ SPS ☒ TSE100	
Eigendampferzeuger: Kessel-Nr.: Heizleistung: 15 kW Inhalt ges.: 23,5 dm³ Inhalt NW: 9,8 dm³ Betriebsdruck: 5 bar		Ausrüstung: Typ: ☐ Kaskade ☐ Reduzierung auf: bar ☐ Absalzung:		Begrenzer: ☒ NW: LMC 1 ☐ HW: ☐ Druck: ☐ Leitwert: ☒ Temp: Pt 100	
		Regler: ☒ Niveau: DHR 1 ☒ Druck: RT 200		Speisewasser: ☒ bauseitig ☐ Umkehr-Osmose ☐ Patrone/Harze ☐ Filter ☐ Entgasung	
Steuerung: Automatik: Typ: ☒ SPS: 4-699 Software Rev.: ☐ E-702 ☐ Sonstiges:		Anzeige: ☐ Display-1 ☐ Display-2 ☐ Monitor-1 ☐ Monitor-2 ☒ Touch-Screen 4-072 I		Sensoren: ☒ Temperatur ☒ Absolutdruck Ventiltrieb: ☐ Magnet ☒ Druckluft	
		Dokumentation: Typ: ☐ 2-Linienschreiber: ☒ Digitaldrucker: Logoprint 084 ☐ Etikettendrucker: ☐ PC-Doku.: ☐ Vernetzung: ☐ Sonstiges:		Ausrüstung Schaltschrank: ☐ Vakuumpumpe ☐ Druckerhöhung Schaltschrank: ☒ links ☐ rechts ☐	
Installation: Cu VA PA Reindampf: ☐ ☒ ☐ Kondensat: ☐ ☒ ☐ Dampf, Sterilluft: ☐ ☒ ☐ Strömung, Vakuum: ☐ ☒ ☐ Meßleitungen: ☐ ☒ ☐ Speisewasser: ☐ ☒ ☐ Kühlwasser: ☒ ☐ ☐ Druckluft: ☐ ☐ ☒		☒ therm. Ableiter: 1-610 ☐ Schwimmer-Ableiter: ☐ Kapsel-Ableiter: ☐ Kondensat-Kühler ☐ Bypass Vakuum ☐ Bypass Dampf Typ: Nr.: ☐ Sammler: dm³ ☒ Kondensator: K-20		Speisepumpe: NPY Druckerhöhung: Umwälzpumpe: UP 20-45 N Sonstiges: Vakuumpumpe: ☐ Diffex ☒ Motorpumpe: V 55 ☒ Gasstrahler	
		Behälter: ☒ KW-Umlauf: 6 L ☐ BW-Umlauf: ☒ Speisewasser: 12 L ☐ Dampfanalysator: Herstell Nr.:			
Anordnung: int. ext. un.h. ob.h. Schallsch. Vakuumpumpe: ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Druckerhöhung: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Speisepumpe: ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Umwälzpumpe: ☒ ☐ ☐ ☐ ☐		Prüfungen: ☐ Abnahmeprüfung nach EN 285 durch: ☐ Validierung durch:		Geändert: Datum: Unterschrift/Zeichen:	
Zusätze: - rechts Wartungstür - Nennstrom 32 A (25), 21KW (16,3) (05.12.00/bo) - Touchpanel Color statt Mono (Dä)		Zubehör: - mit Deckel		Geändert: Datum: Unterschrift/Zeichen:	
				Freigabe von Abt. 7: Datum: Unterschrift/Zeichen:	
				Erstellt: Datum: 04.12.00 Unterschrift/Zeichen: Dächsel	