

ZEMM

T. K. Kanieccy

Zakład Elektroniki i Mechaniki Medycznej

www.zemm.poznan.pl

ul. Kunickiego 44 61-418 Poznań

NIP: 783-00-15-023



e-mail: biuro@zemm.poznan.pl

tel./fax: (0-61) 8305-640 tel: (0-61) 8305-537

konto bankowe: BZ WBK VI O/Poznań 1090 1362 0000 0000 3601 9537

Poznań 2017-05-08

ORZECZENIE TECHNICZNE 02/2017

1. Zleceniodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
2. Miejsce użytkowania: Pracownia RTG - Mammografia
3. Nazwa urządzenia : Wywoływarka Mammoray Classic EOS
Nr fabryczny: 1946 Nr inwentarzowy: 2-SZ-80-05-03
4. Charakterystyka urządzenia lub aparatu:
 - a) producent Agfa
 - b) rok produkcji 2010
 - c) czas eksploatacji 7 lat
 - d) części składowe - cechy charakterystyczne :
Wywoływarka, stojak, zbiorniki regeneratorów
5. Stan techniczny :
Wywoływarka wyeksploatowana, widoczna korozja, wywoływarka nie trzyma parametrów wywoływanych filmów, brak niektórych części zamiennych ze względu zakończenie produkcji urządzeń analogowych
6. Wnioski : Urządzenie analogowe należy zastąpić urządzeniem cyfrowym
7. Decyzja : Wywoływarkę należy skasować i poddać utylizacji.

Orzekający:

1. Krzysztof Kaniecki
(nazwisko i imię) - podpis

**ZAKŁAD ELEKTRONIKI
I MECHANIKI MEDYCZNEJ**
Inż. Krzysztof Kaniecki
61-418 Poznań, ul. Kunickiego 44
tel./fax (0-61) 8305-640, tel. 8305-537