

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Znak sprawy: ZP-381-34/2019

Dot. postępowania na wykonanie przeglądu sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach informuje, że wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 4 – zakres przeglądu, wymaga aby wykonawca dysponował określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi. Zamawiający wymaga aby podczas przeglądu części te zostały wymienione zgodnie z wytycznymi producenta. Czy w związku z powyższym dodatkowo dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców Zamawiający zgodzi się dla urządzeń z zadań 1 i 2 na wyszczególnienie w raporcie serwisowym i na fakturze wszystkich części użytych do przeglądu zgodnie z lista poniżej?

Text (English)	Ilość
Fabius GS ServSet (3 year)	1
Fabius GS ServSet (3 year)	1
Fabius GS ServSet (3 year)	1
Fabius GS ServSet (3 year)	1
Filter mat MGD	1
Filter mat MGD	1
Filter mat MGD	1
Filter mat MGD	1
Air Filter NP Module 10pcs	0,2
E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9	1
Air Filter NP Module 10pcs	0,2
E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9	1
Air Filter NP Module 10pcs	0,2
E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9	1
Air Filter NP Module 10pcs	0,2
E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9	1
FILTER,REPL,ISOLETTE,BOX/ 4	1
Oxygen sensor kit	1

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga wyszczególnienia w fakturach elementów eksploatacyjnych, a łącznie kosztu zastosowanego materiału eksploatacyjnego. Z kolei Zamawiający wymaga wyszczególnienia wymienionych i zużytych elementów eksploatacyjnych w raporcie serwisowym.

.....