

ZP-381-51/2019

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: **Dostawę odczynników do hematologii wraz z dzierżawą aparatów oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanych urządzeń w ramach dzierżawy.**, nr sprawy: ZP-381-48/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: **Dostawę odczynników do hematologii wraz z dzierżawą aparatów oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanych urządzeń w ramach dzierżawy**, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pytanie dotyczy pkt 144 zał. Nr 3 do SIWZ

Zwracamy się do zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania dwutłokowego wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD Stellant CTD umożliwiającego pracę na jednym zestawie wkładów o certyfikowanej sterylności przez 12h lub wymiennie na zestawach wkładów jednorazowych (w zależności od liczby zaplanowanych bań) Praca na zestawach dwunastogodzinnych wymaga od użytkownika wyłącznie zmiany drenów dla kolejnych pacjentów analogicznie do systemów bezwkładowych. Ponadto użytkownik zyskuje możliwość pracy w zakresie ciśnień do 325 PSI, generowanie dużych prędkości przepływu bez względu na lepkość i stężenie środka kontrastowego czy możliwość symultanicznego podania kontrastu i soli fizjologicznej z regulacją proporcji- funkcje nieosiągalne dla systemów bezwkładowych. Podstawowe parametry systemu Stellant:

- funkcja automatycznego napełniania
- funkcja testowania drożności naczyń poprzez zintegrowaną iniekcję soli fizjologicznej
- limit ciśnienia szczytowego w zakresie 50 PSI - 325 PSI (325 kPa - 2241 kPa)
- prędkość przepływu w zakresie $\geq 0,1-10\text{ml/s}$, możliwość regulacji skokiem $\leq 0,1$
- możliwość zapisania i odtworzenia 250 protokołów badań pogrupowanych wg regionów anatomicznych
- możliwość opóźnienia wlewu w zakresie $\geq 0-300\text{ s}$
- możliwość zastosowania wkładów sterylnych jedno i wielorazowych przeznaczonych do napełnienia środkiem kontrastowym dowolnego producenta.
- Ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej
- wstrzykiwacz Stellant korzysta z materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków rakotwórczych i mutagennych w tym związków DEHP (ftalany dietyloheksylu), których stosowanie jest szkodliwe dla pacjentów pediatrycznych i kobiet w ciąży
- Wstrzykiwacz z możliwością integracji z tomografem
- Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli operatorskiej. Sprzężenie klasy IV wg. CiA 425.

Umożliwia dzięki sprzężeniu w klasie CAN IV automatyczne generowanie przez tomograf, wymaganego w pkt 147 zał nr 3 do SIWZ, raportu dotyczącego rzeczywistych parametrów kontrastu (co najmniej objętość, szybkość wstrzyknięcia, opóźnienie) jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza każdy wstrzykiwacz spełniający wymogi SIWZ.

2. Pytanie nr 1

Dotyczy SIWZ w części „Ocena ofert: Opis kryterium oceny”

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że tak wysoka waga 30% w kryterium „Gwarancja dodatkowa ponad okres wymagany 24 miesiące ale nie dłużej niż 5 lat” powoduje, że stanowi ona połowę wartości kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia” i ma bardzo niekorzystny dla Zamawiającego efekt końcowy gdyż w sytuacji, w której dwóch Wykonawców zaoferuje urządzenia (dla uproszczenia omówienia przypadku)

- z tym samym terminem realizacji
- z taką samą oceną za kryterium „Parametry techniczne”

Wykonawca 1:

- cena łączna zamówienia 2 500 000 PLN brutto
- okres gwarancji 24 miesiące

Wykonawca 2:

- cena łączna zamówienia 4 990 000 PLN brutto
- okres gwarancji 60 miesięcy

to końcowa ocena ofert będzie wyglądała następująco:

Wykonawca 1:

1. Cena brutto: **60,00%**
2. Gwarancja dodatkowa: **0,00%**
3. Termin realizacji : **5,00%**
4. Parametry techniczne: **5,00%**

Ocena łączna: 70,00%

Wykonawca 2:

1. Cena brutto: **30,60%**
2. Gwarancja dodatkowa: **30,00%**
3. Termin realizacji : **5,00%**
4. Parametry techniczne: **5,00%**

Ocena łączna: 70,60%

a więc Zamawiający będzie zobligowany wybrać ofertę prawie 2 razy droższą dlatego że jeden z oferentów zaoferuje 5 lat gwarancji zamiast wymaganych 2 lat. Te 3 lata dodatkowej gwarancji będą miały tak dużą wagę punktową, że skompensują Wykonawcy straty za podniesienie ceny prawie dwukrotnie (o 2,49 MLN zł) i obniżenie jego oceny punktowej w kryterium Cena.

Pragniemy zauważyć, że koszt roku dodatkowej gwarancji w zależności od Wykonawcy waha się w okolicy 10% wartości zamówienia. Tak więc realny wpływ dodatkowych 3 lat gwarancji to zaledwie 30% wartości ceny a nie 100% jak obecnie ustawił Zamawiający w kryterium oceny długości gwarancji. Przy uwzględnieniu że cena to 60% wartości całkowitej oceny oferty to ocena długości gwarancji powinna wynosić 18% (18% za długość gwarancji przy kryterium 60% cena = $18/60 = 30$ wartość 30% ceny całkowitej zadania)

Jeśli intencją Zamawiającego jest zastosowanie zróżnicowanych kryteriów oceny przy jednoczesnym uzyskaniu optymalnej ceny brutto, prosimy rozważyć urealnienie kryteriów oceny ofert na:

- | | |
|---|------------|
| 1. Cena brutto za przedmiot zamówienia | 60% |
| 2. Gwarancja dodatkowa ponad okres wymagany 24 miesiące ale nie dłużej niż 5 lat | 18% |
| 3. Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy | 5% |
| 4. Parametry techniczne | 17% |

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmodyfikuje kryteria oceny ofert. Do pobrania nowa siwz po modyfikacji.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

3. Punkt 144.

Pytanie nr 1:

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, a także komfort obsługi urządzenia, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu opierał się na bezprzewodowej komunikacji z konsolą sterującą? Takie rozwiązanie eliminuje niepotrzebne dodatkowe okablowanie w pomieszczeniu tomografu, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia pracę personelowi medycznemu. Wstrzykiwacz pracuje wówczas na zasilaniu bateryjnym zapewniającym minimum 8h ciągłej pracy. Brak kabla zasilającego zwiększa bezpieczeństwo w przypadku badań pacjentów, którzy wjeżdżają na zabieg na łóżkach szpitalnych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 2:

Zawracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie wymagał, aby eksploatacja dostarczonego bezwkładowego wstrzykiwacza kontrastu odbywała się w języku polskim?

Interfejs w języku polskim zwiększa przejrzystość obsługi, a zarazem przyspiesza pracę i zmniejsza ryzyko błędów, czyniąc używanie wstrzykiwacza łatwiejszym i bezpieczniejszym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

.....
Zatwierdzam

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach

Remigiusz Pawełczak

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
ds. Zamówień Publicznych
SP ZOZ Szamotuły

mgr Maria Stróżyk
tel. 61-29-27-118, 61-29-27-119

