



Szamotuły, 14 kwietnia 2022 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej bez negocjacji,
pn.: **Dostawa sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku (ZP-381-18/2022)**

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 dotyczy zadanie nr 2, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną z medycznego PCV o długości 105cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2 dotyczy zadanie nr 5, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści dren do ssaka o średnicy wewnętrznej 5mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3 dotyczy zadanie nr 5, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowej 0,7 x 88-90mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 4 dotyczy zadanie nr 5, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 22G – 0,9x25mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5 dotyczy zadanie nr 5, pozycja nr 11

Czy zamawiający dopuści łącznik prosty schodkowy o średnicy zewnętrznej 10mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zatwierdzam:
Dyrektor ds. medycznych
Anna Kubicka