

ZEMM

T. K. Kanieccy

Zakład Elektroniki i Mechaniki Medycznej

www.zemm.poznan.pl

ul. Kunickiego 44 61-418 Poznań

NIP: 783-00-15-023



e-mail: biuro@zemm.poznan.pl

tel./fax: (0-61) 8305-640 tel. (0-61) 8306-537

konto bankowe: BZ WBK VI O/Poznań 1090 1362 0000 0000 3601 9637

Poznań, 2018-09-07

ORZECZENIE TECHNICZNE 4/2018

1. Zleceniodawca: SPZOZ w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13
2. Miejsce użytkowania: Szpital Pracownia Rtg.
3. Nazwa urządzenia lub aparatu: Aparat rtg do zdjęć
telekomando Apollo firmy Villa
Nr fabryczny: 24323232 Nr inwentarzowy:
4. Charakterystyka urządzenia lub aparatu:
 - a) producent Villa - Włochy
 - b) rok produkcji 2008
 - c) czas eksploatacji 10 lat
 - d) części składowe - cechy charakterystyczne:
lampa Rtg. IAE ognisko 0,6/1,2
generator Indico G100 RF 50 kW s.n. AM 101 53 A 08
ścianka i szafa zasilająca s.n. 08050491
moduł szuflady z kratką s.n. 08050491
wzmacniacz obrazu s.n. 07K006 Toshiba
tor kamerowy s.n. 08051275
statyw Tele VD3SD s.n. 08052081
5. Stan techniczny : Aparat uszkodzony. Do wymiany płyta
generatora PCB - interface . Uszkodzony zasilacz toru TV. Pod
względem mechanicznym aparat mocno wyeksploatowany .Uszkodzona
szuflada w statywie .Przyciski ekspozycyjne w konsoli nie
zawsze działały prawidłowo .Stwierdzono niestabilność pracy
podnoszenia ścianki i połamane obudowy . Lampa Rtg. wykonała
dużą ilość ekspozycji - możliwe uszkodzenie w najbliższym
okresie .
6. Wnioski : Koszt naprawy i wymiany uszkodzonych części
przekracza wartość aparatu .
7. Decyzja: Proponujemy aparat skasować i utylizować .
Zespół orzekający:
 1. Marcin Kurzaj
(nazwisko i imię) - podpis
 2. Paweł Siatkowski
(nazwisko i imię) - podpis

ZEMM
61-418 Poznań, ul. Kunickiego 44
Marcin Kurzaj

ZEMM
61-418 Poznań, ul. Kunickiego 44